

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI:
UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 1.5 T E APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER
L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

- CIG Codice Identificativo Gara: 592519164A
- Atti: NA001/PA/2014

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 3

Fermi restando i "chiarimenti ed informazioni integrative" precedentemente pubblicate, si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

Quesito n° 2:

"Si richiede ... che nelle caratteristiche e specifiche tecniche richieste dal Capitolato speciale alla Pag. 4, al paragrafo "Bobina per spalla e ginocchio", la caratteristica "Phased Array ad almeno 15 Canali" venga considerata come una caratteristica preferibilmente disponibile."

Risposta al quesito n° 2:

Si conferma che il numero di canali indicati per la "Bobina per spalla e ginocchio" a pag. 4 del Capitolato Speciale è da intendersi semplicemente indicativo. Le eventuali differenti soluzioni proposte dalle ditte concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice in relazione alla loro funzionalità.

Quesito n° 3:

"Si richiede ... che nelle caratteristiche e specifiche tecniche richieste dal Capitolato speciale alla Pag. 5, al paragrafo "Cardio RM", il punto "Sequenze e Software analisi per T1-mapping" venga considerato come una caratteristica preferibilmente disponibile."

Risposta al quesito n° 3:

Si conferma che quanto indicato a pag. 5 del Capitolato Speciale al riguardo di "Sequenze e Software analisi per T1-mapping" è da intendersi semplicemente quale richiesta indicativa. Le eventuali differenti soluzioni proposte dalle ditte concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice in relazione alla loro funzionalità.

Monza, 13 Ottobre 2014

Il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria
e Responsabile Unico del Procedimento
(dottor Andrea Crespi)

