

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI:
UN TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA DA 1.5 T E APPARECCHIATURE ACCESSORIE PER
L'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA**

- CIG Codice Identificativo Gara: 592519164A
- Atti: NA001/PA/2014

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI INTEGRATIVE n. 5

Fermi restando i "chiarimenti ed informazioni integrative" precedentemente pubblicate, si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

Quesito n° 8:

"Con riferimento alla procedura in oggetto ed a seguito dell'esame della documentazione di gara, con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale ... si chiede conferma di poter dimostrare la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale producendo la seguente documentazione

per la capacità finanziaria ed economica

fatturato globale d'impresa e fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi con aziende sanitarie pubbliche e/o private nel settore oggetto della gara (Tomografo a Risonanza Magnetica "fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013), con indicazione delle fatture, della data e dell'importo, fermo restando che il fatturato complessivo relativo al triennio indicato dovrà risultare almeno pari all'importo complessivo posto a base d'asta,

per la capacità tecnica e professionale

elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi, ai sensi dell'Art 42, comma 1, lettera a),

e

certificazione EN ISO 9001 2000 (rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO IEC 17000) o certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001 2000 o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000, ai sensi dell'Art 42, comma 1, lettera m)."

Risposta al quesito n° 8:

Si conferma quanto già chiaramente indicato nel disciplinare di gara in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale:

- all'interno della Istanza di partecipazione (Mod. 2) deve essere fornita dichiarazione del "Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli per acquisizione di 1 Tomografo a risonanza magnetica e apparecchiature accessorie presso Amministrazioni pubbliche/Enti pubblici/privati per gli esercizi finanziari 2011 – 2012 – 2013 per il quale è richiesta la sola indicazione dell'importo annuo. Non sono richieste ulteriori indicazioni di dettaglio;
- è richiesto l'elenco degli appalti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (fornitura di Tomografo a Risonanza Magnetica) che concorrono a costituire il fatturato specifico relativo agli esercizi 2011 – 2012 – 2013 dichiarato nella Istanza di partecipazione, vedi punto 12 del paragrafo 5.2 del Disciplinare di Gara;
- sempre all'interno della stessa Istanza di partecipazione è richiesta la dichiarazione del possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO IEC 17000) o certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001:2000 o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000.

Quesito n° 9

"Con riferimento alla procedura in oggetto ed a seguito dell'esame della documentazione di gara, con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti

- *L'articolo 1 del capitolato speciale "Oggetto della gara", riporta "L'apparecchiatura oggetto della procedura di gara sarà installata in locali ubicati al piano seminterrato dell'edificio denominato "Nuovo Avancorpo" attualmente in fase di costruzione presso il presidio ospedaliero di via Pergolesi 33 di Monza. Le opere di finitura dei locali, comprese le schermature le opere infrastrutturali e le predisposizioni sono a carico del costruttore dell'immobile ...;*
- *L'art. 4 del capitolato Speciale "Prestazioni a carico dell'aggiudicatario, riporta "sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari a rendere la fornitura completa e perfettamente funzionante. In particolare l'installazione dovrà essere completa delle opere impiantistiche e, oltre a quanto già stabilito in altre parti del capitolato speciale, dovrà prevedere a carico dell'aggiudicatario quanto in seguito specificato*

...

Si chiede, cortesemente, di confermare, come riportato all'art. 1, che le opere sono a carico del costruttore dell'immobile, in caso contrario, come riportato all'art 4 di specificare quale tipo di opere impiantistiche saranno a carico della Ditta aggiudicataria"

Risposta al quesito n° 9:

Si conferma quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato Speciale in relazione alle opere di finitura dei locali, comprese le schermature, le opere infrastrutturali e le predisposizioni impiantistiche che rimangono a carico del costruttore dell'immobile in particolare per quanto riguarda le "predisposizioni impiantistiche".

Relativamente all'art. 4 dello stesso Capitolato Speciale, le opere impiantistiche a carico della ditta aggiudicataria si riferiscono a tutte le opere che esulano dal concetto di finitura del locale (illuminazione, prese di servizio, ecc.) o di predisposizione impiantistica o di infrastruttura di cui al suddetto art. 1. In tale fattispecie rientrano, a titolo di esempio, la fornitura e posa di cavi di interconnessione tra le diverse componenti delle apparecchiature, le opere di allacciamento all'impiantistica predisposta, ecc.

Quesito n° 10

"Con riferimento all'articolo 1 del capitolato speciale "Oggetto della gara", si chiede cortesemente di specificare la tipologia di Arredamento richiesta a servizio dei locali destinati all'installazione della Risonanza Magnetica"

Risposta al quesito n° 10:

La richiesta si riferisce agli arredi funzionali a rendere utilizzabili le apparecchiature ed accessori forniti. A titolo di esempio non esaustivo si citano: eventuali tavoli per sostenere le consolle, eventuali carrelli per apparecchiature mobili, scaffalature e/o armadiature per contenere gli accessori (ad es. bobine), ecc.

Monza, 17 Ottobre 2014

Il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria
e Responsabile Unico del Procedimento
(dottor Andrea Crespi)

