

Atti: 1005/pn/2017

Ditta Concorrente

N. 1 Sistema laser chirurgico Green Light (532nm)

Ditta Concorrente	
Dati Generali	
Nome commerciale Apparecchiatura	
Ditta costruttrice	
Data di immissione sul mercato (anno)	
Requisiti richiesti	Caratteristiche offerte
A. Laser a stato solido a frequenza raddoppiata per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna (IPB) mediante vaporizzazione del tessuto	
B. Lunghezza d'onda del fascio laser operativo dedicato alla vaporizzazione 532nm	
C. Potenza massima di vaporizzazione 180w	
D. Fibra ottica Side Fire raffreddata internamente mediante canale di irrigazione	
E. Software di sistema per la preservazione della fibra;	
F. Software di sistema per la coagulazione pulsata	A.

_____, lì _____
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore

Timbro Ditta Concorrente: