

Atti: 10epan/PA/2017 – C.I.G. Codice Identificativo Gara: 7433243A2A

Ditta Concorrente	
Dati Generali	
Nome commerciale Apparecchiatura	
Ditta costruttrice	
Data di immissione sul mercato (anno)	
N. 2 monitor multiparametrici con defibrillatore da trasporto	
A) REQUISITI RICHIESTI	Caratteristiche offerte
A.1) Defibrillazione bifasica manuale e semiautomatica	
A.2) Monitoraggio multiparametrico: A.2.1) Ecg sino a 12 derivazioni, A.2.2) SpO2, A.2.3) NIBP, A.2.4) IBP (2 canali), A.2.5) EtCO2	
A.3) Allarmi a soglie regolabili su parametri monitorati	
A.4) Analisi interpretativa Ecg	
A.5) Batterie con elevata autonomia - almeno 50 scariche alla massima energia o 2 ore monitoraggio continuo	
A.6) Funzionamento a rete anche con batterie in fase di ricarica	
A.7) Display LCD di ampie dimensioni –preferibilmente a colori	
A.8) Visualizzazione di almeno 3 tracce e parametri alfanumerici	
A.9) Memorizzazione dati curve ed eventi (specificare registrazioni e capacità)	

Timbro Ditta Concorrente:

A.10) Defibrillazione sino ad almeno 200J – livelli di energia selezionabili	
A.11) Tempo di ricarica inferiore a 10sec	
A.12) Funzione di Cardioversione sincronizzato	
A.13) Funzione di stimolazione esterna (pacing) sincrono e asincrono	
A.14) Esportabilità dei dati	
A.15) Indicatore e allarme stato batteria	
A.16) Test autodiagnostici/funzionali automatizzati e documentati (stampa report)	
A.17) Stampante integrata	
A.18) Elevata robustezza e resistenza agli urti (specificare)	
A.19) Omologato per utilizzo in elicottero	
A.20) Grado di protezione ai solidi ed ai liquidi IPX4	
A.21) Facilmente trasportabile (peso non superiore a 10 kg alimentatore e batterie comprese)	
A.22) Software aggiornabile	
A.23) Accessori a corredo per ciascun apparecchio: A.23.1) cavo alimentazione; A.23.2) cavo Ecg 5 fili; A.23.3) cavo Ecg 10 fili; A.23.4) bracciale adulto e pediatrico per NIBP; A.23.5) piastre defibrillazione esterne per pazienti adulti e pediatrici A.23.6) n. 20 set di elettrodi monouso di stimolazione-defibrillazione A.23.7) linee di campionamento per misure EtCO2 N° 10 per paziente adulto non intubato, n°5 per paziente pediatrico non intubato e n° 10 per paziente intubato	

Timbro Ditta Concorrente:

B) ASSISTENZA TECNICA (orari servizio, reperibilità, fornitura muletti, ecc.)	
C) MIGLIORAMENTO TEMPI DI CONSEGNA	
Miglioramento tempi di consegna: dichiarazione attestante i tempi di consegna migliorativi rispetto a quanto indicato all' art. 3 del Capitolato Speciale	

_____, li _____
(luogo, data)

Timbro Ditta Concorrente: