

- **CIG Codice Identificativo Gara: 7823618DCD**
- **Atti: 1327-2C AD 2019**

Ditta Concorrente

N° 1 POMPA A SIRINGA AMAGNETICA DA UTILIZZARE IN RISONANZA MAGNETICA PRESSO IL P.O. S. GERARDO DELLA ASST DI MONZA

Ditta Concorrente		
Dati Generali		
Nome commerciale Apparecchiatura		
Ditta costruttrice		
Data di immissione sul mercato (anno)		
Requisiti richiesti		Caratteristiche offerte
A	Caratteristiche generali	
A1	Dimensione e peso contenuti (specificare i valori) per favorire la trasportabilità ed ergonomia, maniglia integrata;	
A2	Funzionamento con siringhe monouso di volumi differenti con range minimo di variazione tra 10 e 50 ml;	
A3	Compatibilità con siringhe di diverse marche (specificare);	
A4	Riconoscimento automatico del volume della siringa e controllo del bloccaggio;	
A5	Protezione da correnti di dispersione tipo CF;	
A6	Ampio display che consenta la visualizzazione chiara e completa di tutti i parametri di funzionamento tra i quali: farmaco, volume infuso , tempo rimanente a fine infusione , livello di carica della batteria ecc..;	
A7	Visualizzazione chiara e completa dei parametri di funzionamento;	
A8	Elevata resistenza agli urti	
A9	Elevata protezione contro i liquidi (IP x3 o superiore)	

Timbro Ditta Concorrente:

A10	Semplicità della sanificazione;	
A11	Batteria interna ricaricabile con autonomia di almeno 3 ore - Specificare tipologia e durata delle batterie in funzione della velocità di flusso, tempo di ricarica;	
A12	Alimentazione da rete 220/230VAC 50/60Hz: specificare se alimentatore interno o esterno;	
B	Caratteristiche funzionali;	
B1	Volume totale da infondere preselezionabile (specificare range);	
B2	Calcolo automatico del flusso da infondere per tutte le unità di misura;	
B3	Programmazione del flusso con gamma da 0,1 a non meno di 999 ml/h con incrementi di 0,1ml/h;	
B4	Libreria configurabile con protocolli dei farmaci personalizzabile preferibilmente mediante editor per PC. Sw incluso nella fornitura;	
B5	Accuratezza di infusione +-2%;	
B6	Controllo della pressione di occlusione;	
B7	Presenza di allarmi, con indicazione ottica e acustica, tra i quali: Allarme di pressione (specificare possibilità di regolazione) Allarme di fine infusione Stato della batteria;	
B8	Possibilità di modificare la velocità ad infusione in corso senza mettere in pausa la pompa;	
C	Accessori;	
C1	Pompa completa di morsetto integrato per stativo / piantana possibilmente con aggancio /sgancio rapido;	
C2	Completa di tutti gli accessori necessari per il corretto utilizzo (spina elettrica italiana o shuko a seconda del reparto di destinazione, eventuale alimentatore, ecc);	

Timbro Ditta Concorrente:

C3	Manuale d'uso in lingua italiana fornito su supporto informatico	
D	Miglioramento tempi di consegna	

_____, lì _____
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore

(timbro e firma leggibile)

Timbro Ditta Concorrente: